



# REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN

## EICH- UND BESCHUSSWESEN BADEN-WÜRTTEMBERG

Office of Legal Metrology of the State of Baden-Württemberg (Germany)

**DIE BEI DEN MESSUNGEN VERWENDETEN NORMALE SIND AUF DIE NATIONALEN NORMALE BEI DER PHYSIKALISCH-TECHNISCHEN BUNDESANSTALT RÜCKGEFÜHRT.**

**THE STANDARDS USED FOR THE MEASUREMENTS ARE TRACEABLE TO THE NATIONAL STANDARDS AT THE PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT.**

## Eichschein

Verification certificate



### Nummer

Number

22-Muster

### Gegenstand

Object

Nichtselbsttätige Waage  
der Genauigkeitsklasse III  
Mindestlast: 1 mg  
Höchstlast: 220 g,  $e = 1$  mg  
Fab.Nr.: WX220000000  
Typ: TABP 220-5M-A

### Identifikation

Identification

### Hersteller

Manufacturer

KERN & SOHN GmbH

### Antragsteller

Applicant

Musterkunde

### Prüfverfahren

Test procedure

Entsprechend Abschnitt 6 der Prüfanweisung  
„Gesetzliches Messwesen – Prüfanweisung für  
nichtselbsttätige Waagen (GM-P 2.3 NSW)“.  
Die Eichung erfolgte für:  
MusterOrt

### Ergebnis

Result

Das Messgerät entspricht den Anforderungen des  
MessEG und der MessEV.

### Ort und Datum der Eichung

Place and date of verification

Balingen-Frommern, 03.01.2022

### Eichfrist endet am

Verification period until

31.12.2024

### Eichkennzeichen

Verification marking



Angegeben ist die Eichfrist gemäß §34 Mess- und Eichverordnung. Die Eichfrist endet vorzeitig, wenn eine der in §37 Absatz 2 des Mess- und Eichgesetzes beschriebenen Veränderungen eingetreten ist.

Declared is the verification period according to §34 Mess- und Eichverordnung. The verification period ends early if one of the changes listed in §37 section 2 of the Mess- und Eichgesetz has occurred.

**Dieser Eichschein darf nur unverändert weiterverbreitet werden.**

This verification certificate may only be reproduced in unchanged form.

Ort und Datum

Place and date

Dienstsiegel

Official stamp

Im Auftrag

On behalf of

Balingen, 03.01.2022